УТВЕРЖДАЮ
Директор НУЗ «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

_____ Яцися А.И.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 251/19

о проведении запроса котировок на право заключения договора поставки инструментов для аппаратов производства фирмы Söring для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Заказчик: Негосударственное учреждение здравоохранения «Дорожная клиническая больница имени Н.А. Семашко на станции Люблино открытого акционерного общества «Российские железные дороги»; сокращенное официальное наименование Учреждения: ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

Место нахождения заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1
Почтовый адрес заказчика: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1

Контактные данные:
Контактные лица:
Федосов Евгений Александрович – начальник отдела материально-технического снабжения
Адреса электронной почты: mts1@semashko.com
Контактный телефон: 8 (495) 359-57-94
Настоящая документация о проведении запроса котировок (котировочная документация) подготовлена в соответствии с нормативными правовыми актами:
Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», утвержденным приказом Центральной дирекции здравоохранения ОАО «РЖД» от 02.04.2018 № ЦДЗ-35 и введенным в действие приказом НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» от 23.04.2018 № 179.
Во всех вопросах, особо не оговоренных в тексте настоящей документации, Заказчик и Комиссия по проведению закупок товаров, выполнению работ и оказанию услуг НУЗ ДКБ им. Н.А.Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД» (далее - Комиссия) руководствуются требованиями Положения о закупке товаров, работ, услуг для нужд НУЗ ОАО «РЖД», размещенного на сайте www.semashko.com
Предмет процедуры закупки:
Запрос котировок на право заключения договора поставки **инструментов для аппаратов производства фирмы Söring** для нужд НУЗ ДКБ им. Н.А. Семашко на ст. Люблино ОАО «РЖД»

№п/п	Наименование	Описание	Соответствие	Ед.изм.	Кол-во*
1	Биполярный пинцет	Биполярный пинцет. ЭХВЧ инструмент с антипригарными свойствами. Конструкция - две изолированные друг от друга пластины. Ток подаётся непосредственно в рабочую зону через встроенные в пластины электроды. Частота применения - диапазон 340 - 370 кГц Максимальная мощность - не менее 130 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 500 В Встроенный ограничитель ширины раздвижения бранш - наличие Материал пластин - высоколегированная сталь Коннектор для сопряжения с биполярным кабелем (европейский стандарт) - наличие Рабочая длина - не менее 180 мм Рабочая ширина бранш - не более 1,0 мм Форма - прямая, бранш прямой, затупленный с антипригарным покрытием Цвет: светло-коричневый Инструмент многоразового использования Инструмент полностью автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С	Соответствие	шт	1

		Не требуется разборки инструмента для чистки и стерилизации Активация через ножную педаль или автоматическую функцию Отсоединяющийся кабель для удобства замены инструмента во время операции. Полностью совместим с имеющимися в наличии ЭХВЧ аппаратами и соединительными кабелями. Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
2	Биполярный пинцет	Биполярный пинцет. ЭХВЧ инструмент с антипригарными свойствами. Конструкция - две изолированные друг от друга пластины. Ток подаётся непосредственно в рабочую зону через встроенные в пластины электроды. Частота применения - диапазон 340 - 370 кГц Максимальная мощность - не менее 130 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 500 В Встроенный ограничитель ширины раздвижения бранш - наличие Материал пластин - высоколегированная сталь Коннектор для сопряжения с биполярным кабелем (европейский стандарт) - наличие Рабочая длина - не менее 200 мм Рабочая ширина бранш - не более 1,0 мм Форма - прямая, бранш прямой, затупленный с антипригарным покрытием Цвет - светло-коричневый Инструмент многоразового использования Инструмент полностью автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Не требуется разборки инструмента для чистки и стерилизации Активация через ножную педаль или автоматическую функцию Отсоединяющийся кабель для удобства замены инструмента во время операции. Полностью совместим с имеющимися в наличии ЭХВЧ аппаратами и соединительными кабелями. Совместимость должна быть подтверждена производителем.	Соответствие	шт	1
3	Инструмент-ручка для газовых зондов с ручным переключением	Инструмент-ручка для газовых зондов. Должен состоять из следующих компонентов: 1.Ручка с активацией через переключатель на инструменте 2.Соединительный кабель 3.Штекер прямой с фиксатором для подсоединения к аппарату 4.Кнопка активации Характеристика инструмента: Рабочая частота - диапазон 340 - 370 кГц Пиковое напряжение применения- не более 9000 В Максимальная мощность - не менее 120 Вт (200 Ом) Штекер с резьбовым соединением для удобства быстрой смены зондов во время операции Режим резки - Отсутствие Режим коагуляции - Наличие Инструмент многоразового использования Инструмент автоклавируем при температуре -	Соответствие	шт	1

		134°C Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°C Не требуется разборка инструмента для чистки и стерилизации Включение в работу через ручное управление Ручка изготовлена из термически стойкого нетоксичного пластика Диаметр ручки - не более 17 мм Длина ручки - не менее 140 мм Длина кабеля - не менее 3,3 м Цвет ручки - бежевый Цвет кнопки активации - синий Цвет кабеля - серый Полностью совместим с аппаратами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
4	Инструмент-ручка с ручным переключением с кабелем	Инструмент-ручка для монополярной резки и коагуляции с управлением через кнопочный переключатель на инструменте Должен состоять из следующих компонентов: 1. ВЧ-инструмент с активацией через переключатель на инструменте 2. Соединительный кабель 3. Штекер цельнолитой, трёх контактный, международный стандарт для подсоединения к аппарату 4. Кнопки активации: жёлтого цвета – для активации функции резания, синего цвета – для активации функции коагуляции Частота применения – диапазон 340 - 370 кГц Максимальная мощность - не менее 350 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 9000 В Режим резки - наличие Режим коагуляции - наличие Инструмент многоразового использования Не требуется разборки инструмента для чистки и стерилизации Инструмент изготовлен из термически стойкого нетоксичного пластика Наличие штекера для удобства быстрой смены электродов во время операции Инструмент автоклавируем при температуре - 134°C Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°C Возможность подключения дымоотсоса - наличие Диаметр используемых электродов - не более 4,0 мм Длина кабеля - не менее 5,0 м Цвет инструмента - чёрный Цвет кабеля - темно-серый Полностью совместим с аппаратами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.	Соответствие	шт	1
5	Инструмент-ручка мультифункциональный	Мультифункциональный инструмент. Для монополярной резки и коагуляции с функцией аргоновой коагуляции. Инструмент должен состоять из следующих компонентов: 1. Ручка с активацией через переключатель на инструменте 2. Кнопки активации: жёлтого цвета – для активации функции резания, синего цвета – для активации функции коагуляции	Соответствие	шт	1

		3. Соединительный кабель 4. Контактная игла, для поджига аргоноплазменной дуги 5. Наконечник-сопло 6. Штекер прямой с фиксатором для подсоединения к аппарату Характеристика инструмента: Многоразового использования Инструмент автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Корпус - высокотермичный полипропилен, диатермическое покрытие с повышенным электрическим сопротивлением Цвет корпуса инструмента - бежевый Материал наконечника - высокотемпературная керамика Технические характеристики: Частота применения - 340 - 370кГц Максимальная мощность - не менее 350 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 5800 В Диаметр корпуса инструмента - не более 17 мм Длина инструмента - не менее 200 мм Длина рабочей части - не менее 120 мм Направление выхода газа относительно оси инструмента - 180° Цвет корпуса инструмента - бежевый Полностью совместим с аппаратами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
6	Кабель для биполярного инструмента	Кабель многоразового использования. Использование с ЭХВЧ техникой Полностью автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Снабжён инструментальным разъёмом для удобства замены инструмента во время операции Частота применения - диапазон 340 - 370 кГц Максимальная коммутируемая мощность - не менее 130 Вт (100 Ом) Электрическая прочность - не менее 0,8 кВпик Рабочая длина - не менее 5,0 м Штекер для подключения к ЭХВЧ аппарату - цельнолитой, двухконтактный, предохраняющий. Инструментальный разъем - безопасный плоский штекер для стандартного прямоугольного коннектора. Цвет - темно-серый Полностью совместим с аппаратами и инструментами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.	Соответствие	шт	1
7	Кабель нейтрального электрода	Кабель для подключения многоразовых нейтральных электродов. Кабель многоразового использования Использование с ЭХВЧ техникой Полностью автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Разъем для подключения многоразовых	Соответствие	уп	1

		нейтральных электродов - цельнолитой, двух контактный. Диаметр посадочных гнёзд - 4 ± 0.1 мм. Расстояния между гнёздами - 10 ± 0.1 мм. Штекер для подключения к ЭХВЧ аппарату - цельнолитой, двух контактный, с направляющим стержнем Цвет - темно-серый Длина - не менее 5 м Полностью совместим с нейтральными электродами и имеющимися в наличии аппаратами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
8	Наконечник для зондов	Керамическая дюза для мультифункционального инструмента. Назначение - для подведения газа аргона к месту возникновения дуги при аргоноплазменной коагуляции. Корпус изготовлен из термически стойкого керамического сплава Наличие резьбового соединения для удобства быстрой смены во время операции и удобства при послеоперационной очистке. Автоклавируется при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Максимальная мощность - не менее 120 Вт (200 Ом) Диаметр корпуса - не более 10 мм Длина - не более 23 мм Длина рабочей части - не менее 17 мм Диаметр рабочей части - не более 5 мм Направление выхода газа относительно оси инструмента - 180° Цвет - бежевый Полностью совместим с инструментами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.	Соответствие	уп	1
9	Игла для зондов	Игла для мультифункционального инструмента. Назначение - для проведения монополярных сечений и поджига дуги при аргоноплазменной коагуляции с применением ЭХВЧ-аппаратов. Характеристика: Многоразового использования - наличие Автоклавируется при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Технические характеристики: Материал изготовления - высоколегированная хирургическая нержавеющая сталь Канал для подачи газа аргона в зону возникновения аргоноплазменной дуги - наличие Частота применения - диапазон 340 - 370кГц Максимальная мощность - не менее 350 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 9000 В Длина - не менее 45 мм Посадочный размер 2,2 мм ± 0,1 мм Диаметр рабочей части - не менее 1,0 мм Длина рабочей части - не менее 14 мм Форма рабочей части - прямая. Полностью совместим с инструментами Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
10	Электрод нейтральный.	Электрод нейтральный торговой марки Söring	Соответствие	шт	1

	силиконовый	Электрод многоразового использования Использование с ЭХВЧ техникой Электрод автоклавируем при температуре - 134°С Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре - 93°С Частота применения – диапазон 340 - 370 кГц. Максимальная отводимая мощность - не менее 350 Вт (200 Ом). Конструкция - прямоугольная пластина с закруглёнными краями, снабжена хвостовиком со встроенным присоединительным кабелем с коннектором на конце. Материал рабочей части - токопроводящий силикон Тип - неразделённый Цвет - чёрный Коннектор для сопряжения с ЭХВЧ техникой - двухштырьковый Длина - не менее 245 мм Ширина - не менее 147 мм Толщина - не более 4,5 мм Длина присоединительного кабеля - не более 500 мм Полностью совместим с имеющимися в наличии аппаратами и кабелями для нейтральных электродов. Совместимость должна быть подтверждена производителем.			
11	Электрод-нож, прямой	Электрод-нож, прямой. Назначение - электрод для проведения монополярных сечений и коагуляции с применением ЭХВЧ-аппаратов. Многоразового использования, автоклавируем при температуре - 134°С, Возможность предстерилизационной очистки в моечных машинах при температуре -93°С. Материал изготовления - высоколегированная хирургическая нержавеющая сталь с шестигранной фиксирующей вставкой из термостойкого пластика синего цвета Частота применения - диапазон 340кГц - 370кГц Максимальная мощность - не менее 350 Вт (200 Ом) Пиковое напряжение применения - не более 9000 В Длина - не менее 65 мм Размер рабочей части (лезвия) - не менее 2,3х24 мм Посадочный размер - 4 мм ± 0,1 мм Форма рабочей части - прямая, покрытие рабочей части - антипригарное. Полностью совместим с инструментами. Совместимость должна быть подтверждена производителем.	Соответствие	шт	1

**Общее количество товара определяется на основании заявок Покупателя в рамках и в пределах срока действия договора, заключенного по результатам настоящей закупки, проведенной путем запроса котировок*

Сумма цен единиц товаров:

На основании п. 46 Положения, сформирована начальная (максимальная) сумма цен единиц товаров, которая не должна превышать 370 522,58 (Триста семьдесят тысяч пятьсот двадцать два) рубля 58 копеек.

Определение начальной (максимальной) суммы цен единиц товаров Заказчиком было выполнено методом сопоставимых рыночных цен:

№п/п	Наименование	Количество	Ед. изм.	Предложение № 1	Предложение № 2	Предложение № 3	Средняя цена, Руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

1	Биполярный пинцет	1	шт	36 036,00	40 040,00	38 038,00	38 038,00
2	Биполярный пинцет	1	шт	36 036,00	40 040,00	38 038,00	38 038,00
3	Инструмент-ручка для газовых зондов с ручным переключением	1	шт	63 756,00	70 840,00	67 298,00	67 298,00
4	Инструмент-ручка с ручным переключением с кабелем	1	шт	16 286,00	18 095,00	17 190,25	17 190,42
5	Инструмент-ручка мультифункциональный	1	шт	105 336,00	117 040,00	111 188,00	111 188,00
6	Кабель для биполярного инструмента	1	шт	7 762,00	8 624,00	8 193,00	8 193,00
7	Кабель нейтрального электрода	1	шт	8 455,00	9 394,00	8 924,00	8 924,33
8	Наконечник для зондов	1	уп	24 400,00	27 104,00	25 749,00	25 751,00
9	Игла для зондов	1	уп	24 880,00	27 643,00	26 260,85	26 261,28
10	Электрод нейтральный, силиконовый	1	шт	24 602,00	27 335,00	25 968,25	25 968,42
11	Электрод-нож, прямой	1	шт	3 479,00	3 865,40	3 672,00	3 672,13
ИТОГО сумма цен единиц товаров, руб.				351 028,00	390 020,40	370 519,35	370 522,58

Сумма цен единиц товаров должна включать все расходы на доставку товара, страхование, уплату налогов, таможенных пошлин, сборов и других обязательных платежей.

Требования к безопасности, качеству, техническим характеристикам, функциональным характеристикам товара:
Товар, заявленный к поставке, должен быть новым и соответствовать по качеству и техническим характеристикам всем Сертификатам Соответствия и Регистрационным Удостоверениям.
Место поставки товара: 109386, город Москва, Ставропольская улица, домовладение 23, корпус 1.
Сроки поставки товара: 12 (Двенадцать) месяцев.
Условия поставки товара:
– товар поставляется в заводской упаковке;
– поставка товара осуществляется в течение 7 (Семи) календарных дней с момента получения заявки от Покупателя, направленной посредством автоматизированной системы заказов «Электронный ордер».
Срок и порядок оплаты товара:
Оплата Товара Покупателем производится на основании счета, выставленного Поставщиком, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 60 (Шестидесяти) дней после принятия Товара Покупателем и подписания Сторонами товарной накладной формы ТОРГ-12.
Источник финансирования: Собственные средства Заказчика от предпринимательской деятельности.
Место подачи котировочных заявок: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1, кабинет начальника отдела материально-технического снабжения.
Дата и время начала срока подачи котировочных заявок:
«14» ноября 2019 года в 09 часов 00 минут московского времени.
Дата и время окончания срока подачи котировочных заявок:
«21» ноября 2019 года в 10 часов 00 минут московского времени.
Место и дата вскрытия заявок, рассмотрения предложений участников закупки и подведения итогов закупки:
«21» ноября 2019г. в 11 часов 00 минут московского времени по адресу: 109386, г. Москва, ул. Ставропольская, домовл. 23, корп.1 , 3й этаж.
Критерии оценки и сопоставления заявок на участие в закупке:
Наименьшая цена суммы единиц Товаров.
Обязательные требования к участникам запроса котировок:
1) соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим поставку товара, выполнение работы, оказание услуги, являющихся предметом договора;
2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;

4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах). Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;

5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;

6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением договора заказчик приобретает права на такие результаты;

7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика и/или организатора процедуры закупки, член экспертной группы, член комиссии, лицо, ответственное за организацию конкурентной процедуры, состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями в данном случае понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества.

Данные сведения участникам необходимо подтвердить соответствующими документами, приложенными к котировочной заявке, для установления их соответствия установленным требованиям (оригиналы или надлежащим образом заверенные копии).

Требования к котировочным заявкам:

1) в составе котировочной заявки должны быть представлены:

- наименование поставляемых товаров, выполняемых работ, оказываемых услуг согласно предмету закупки (в случае осуществления закупки товаров также указываются характеристики поставляемых товаров);
- наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес участника закупки (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место жительства участника закупки (для физического лица), номер телефона, адрес электронной почты, банковские реквизиты;
- идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии);
- согласие участника закупки с условиями договора, указанными в запросе котировок;
- цена товаров, работ, услуг с указанием сведений о включенных или не включенных в нее расходах (расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей);
- документы (копии документов), подтверждающие соответствие участников закупки установленным требованиям;
- документы, подтверждающие соответствие товаров, работ, услуг, предлагаемых участником закупки в котировочной заявке, установленным требованиям.

2) заявки представляются на бумажном носителе в месте и до истечения срока, которые указаны в извещении о закупке.

3) в случае наличия в составе заявки документов и информации, текст которых не поддается прочтению, такие документы и информация считаются непредставленными.

4) участник закупки может подать только одну заявку по одному лоту для участия в закупке. Если участник закупки подает более одной заявки по лоту, а ранее поданные им заявки по этому лоту не отозваны, все заявки такого участника закупки по лоту отклоняются.

5) участник закупки вправе изменить или отозвать свою заявку в любой момент до истечения срока подачи заявок.

6) основанием для отказа в приеме заявки является истечение срока подачи заявок и/или несоответствие конверта с заявкой установленным требованиям.

7) на конверте указываются наименование и номер закупки, на участие в которой подается заявка, номер лота, а также наименование, адрес и индивидуальный налоговый номер участника закупки.

8) документы, представленные в составе каждого конверта, должны быть прошиты вместе с описью документов, скреплены печатью (при ее наличии) и заверены подписью уполномоченного лица участника.

9) все листы котировочной заявки должны быть пронумерованы.

10) Все рукописные исправления, сделанные в котировочной заявке должны быть завизированы лицом, подписавшим заявку на участие в запросе котировок.

Конкурсная комиссия может отклонить котировочные заявки в случае:

1) несоответствия котировочной заявки требованиям, указанным в запросе котировок;

2) при предложении в котировочной заявке цены товаров, работ, услуг выше начальной (максимальной) цены договора;

3) отказа от проведения запроса котировок;

4) непредставления участником закупки разъяснений положений котировочной заявки (в случае наличия требования заказчика).

Право отказа от проведения процедуры:

Заказчик вправе отказаться от проведения запроса котировок в любое время, в том числе после подписания протокола по результатам закупки, не неся при этом никакой ответственности перед любыми физическими и юридическими лицами, которым такое действие может принести убытки.

Форма, порядок, дата и время начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации о закупке:

Участник закупки вправе направить заказчику закупки письменный запрос на разъяснение документации о закупке в сроки, соответствующие срокам подачи заявок, но не позднее чем за 2 (Два) рабочих дня до их окончания. Запрос от юридического лица оформляется на фирменном бланке участника закупки (при наличии), заверяется уполномоченным лицом участника закупки. Запрос может быть направлен посредством почтовой связи, факсимильной связи, курьерской доставки. Запрос не может быть направлен посредством электронной почты. Заказчик закупки обязан ответить на запрос, оформленный в соответствии с вышеуказанными требованиями, полученный не позднее установленного срока. Запрос о разъяснении документации о закупке, полученный от участника позднее срока, установленного в документации о закупке, не подлежит рассмотрению. Заказчик закупки обязан опубликовать разъяснения на официальном сайте не позднее 2 (двух) дней с дня предоставления разъяснений.

Рассмотрение и оценка котировочных заявок:

По результатам рассмотрения и оценки представленных котировочных заявок участникам размещения заказа, подавшим котировочные заявки, которые отвечают требованиям, установленным в настоящем извещении, и в которых указана наиболее низкая цена договора, признанным победителями, будут направлены для подписания проекты договоров.

Срок подписания договора:

Победитель запроса котировок должен подписать договор не позднее 30 (Тридцати) календарных дней с даты подведения итогов запроса котировок. Если в указанный срок победитель не представит Заказчику подписанный договор, победитель будет признан уклонившимся от заключения договора.

Форма котировочной заявки: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.

Проект договора: прилагается к настоящему извещению о проведении запроса котировок.